

# 单一来源论证专家成员签到表

项目名称：青海省人民医院干保处骨密度球管采购项目

论证时间：2026.6.12

序号	姓名	单位名称	职务/职称	联系电话	备注
1	朱 莉	退休(自治培训中心)	主管	15111214905	
2	李 强	西宁市第一人民医院	副主任医师	18997064150	
3	李 斌	青海省第三人民医院	副主任医师	1351788888	
4					
5					

## 论证纪律认知承诺书

我作为单一来源采购论证小组成员，参加青海省人民医院干保处骨密度球管采购项目的单一来源采购论证，相关组织人员按照政府主管部门的要求，已向  
我宣贯了省财政厅、省监察厅制定的《青海省采购评标委员会（小组）评标制度》中对评审委员会成员提出的评审纪律要求：

一、信守政府采购“公开、公平、公正”的原则，以科学、诚实、客观的态度进行论证活动。

二、论证小组成员有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任论证小组成员。

1. 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
2. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚（行政处分）或刑事处罚的。

三、论证会议设有记录员，将对所有论证小组成员的发言、意见及论证过程作全部记录，论证过程中的一切讨论意见、质疑、回答、论证意见等均视为秘密，任何人不得以任何方式向与论证无关的人员泄露。

四、论证小组在过程中不得擅自离职守，影响程序正常进行。

五、为使论证工作免受外界干扰，论证小组各成员在论证开始后应自觉关闭通讯工具。论证时间在一天以上的，所有参会人员的通讯工具统一由监督组保管。

六、对于违反以上规定的，给予批评；情节严重的，取消担任论证小组成员资格，不得再参与任何依法进行的政府采购招标项目的评标。

七、论证小组成员不得再次参加本项目的评标工作。

八、论证小组成员有权依法取得劳务报酬，自行申报个人所得税。

对此我已充分认知，并将严格遵守。

论证小组成员签字：



年 月 日

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年 6月 12日

采购单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院干保处骨密度球管采购项目
项目金额	人民币 40 万元
供应商名称	青海省国药控股医疗器械有限公司
专家论证意见	<p>青海省人民医院干保处骨密度球管采购项目 中拟采购的GE骨密度仪，型号：LUNAR iDXA设备 球管为原厂研发生产，配件与整机一体注册，使用非 原厂配件需重新办理注册，存在安全风险，该高值 配件无可替代，故采用单一来源采购方式。</p> <p>专家姓名：马佐料                      职称：高级 工作单位：西宁市第一人民医院 论证时间：2026.6.12</p>



# 单一来源采购专家论证意见表

时间: 2026 年 6 月 12 日

采购单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院干保处骨密度球管采购项目
项目金额	人民币 40 万元
供应商名称	青海省国药控股医疗器械有限公司
专家论证意见	<p>贵单位拟采购“骨密度球管采购项目”项目。其设备采购为核心部件, 涉及软件, 维护代码等, 为保证其在设备运行过程中, 技术条件优越最佳。建议采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名: 朱磊 职称: 主管 工作单位: 青海省人民医院 论证时间:</p>

## 单一来源采购专家论证意见汇总表

项目使用单位（采购人）	青海省人民医院
单一来源采购产品内容	骨密度球管
单一来源采购供应商	青海省国药控股医疗器械有限公司
所属项目名称	青海省人民医院干保处骨密度球管采购项目
采购项目金额	人民币 40 万元

### 专家论证意见汇总：

贵单位拟采购“骨密度球管”项目，为核磁共振设备的重要组成部分，技术条件复杂，并相互关联，兼容性强，建议采用单一来源采购方式。

论证专家成员组（签字）：

李国斌、马维琳、徐文

2026年6月12日