

单一来源采购论证专家签到表

项目名称：青海省人民医院呼吸与危重症医学科医用超声小探头采购项目

论证日期：2026年06月12日

论证地点：西宁市城西区三榆西城天街B座8楼2081室

姓名	工作单位	技术职称	身份证号	联系电话	专业领域
平和平	青海省中医院	副主任医师	630126196606210014	1359754676	超声
李晶晶	青海省人民医院	副主任医师	630222196404210019	18997181119	超声
李晶晶	青海省人民医院	副主任医师	630126196501090012	13897465291	超声

单一来源采购论证专家意见表

时间：2026年06月12日

使用单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院呼吸与危重症医学科医用超声小探头 采购项目
论证意见	<p>贵院拟采购的医用超声小探头，是为医院现有的奥林巴斯主机（型号：CV-290）配置的探头，原厂同品牌、型号的小探头方能达到完全匹配并正常使用，为了保证工作正常开展，建议采用单一来源方式采购。</p> <p>专家签字：李永光</p>

单一来源采购论证专家意见表

时间：2026年06月12日

使用单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院呼吸与危重症医学科医用超声小探头采购项目
论证意见	<p>贵院和采购的呼吸与危重症医学科医用超声小探头，因其与原机奥林巴斯内镜（CV-290）配套使用，是原机配件，因其独有的品牌技术和专利因素，为保证该套系统的正常使用，只有原品牌探头能满足需求，建议以单一来源方式采购奥林巴斯品牌小探头。</p> <p>专家签字： 韩海伟</p>

单一来源采购论证专家意见表

时间：2026年06月12日

使用单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院呼吸与危重症医学科医用超声小探头采购项目
论证意见	<p>青海省人民医院采购的呼吸与危重症医学科医用超声小探头，超声机为奥林巴斯内窥镜主机，现申请的超声小探头需整机专用，为奥林巴斯的原厂专用配件，无替代产品，保证临床需求，保障质量，建议进行单一来源采购。</p> <p>专家签字： 王积平</p>

超声小探头单一来源采购情况说明

尊敬的院领导、医学装备处：

一、项目基本情况

我科现有奥林巴斯内镜主机（型号：CV-290），为满足临床超声内镜检查及介入诊疗需要，拟采购奥林巴斯医用超声小探头（型号：UM-S20-17S）作为配套专用部件，预算金额约10万元。

二、申请单一来源采购的理由

专机专用、原厂唯一适配

本次采购的超声小探头为奥林巴斯内镜主机的原厂专用配件，二者在硬件接口、信号协议、影像处理算法、声学匹配参数上深度绑定，属于专机专用、不可通用设计。经调研，非原厂探头无法实现物理连接与正常通讯，更无法保证图像质量与诊断安全性。

技术垄断、无替代产品

奥林巴斯超声内镜系统采用其独有专利的超声成像与控制技术，市场上无其他品牌探头可兼容替代，也无第三方厂商获得其核心接口与协议授权。为保证临床诊断准确、设备运行稳定及医疗安全，只能采购奥林巴斯原厂超声小探头。

临床刚需、保障医疗安全

该探头主要用于黏膜下病变、等的超声诊断与穿刺治疗，图像质量与探头可靠性直接关系诊断准确率与患者安全。使用非原厂配件存在图像失真、成像不稳、设备报错甚至主机损坏风险，可能造成医疗差错与重大财产损失中国政府采购网。

符合政府采购单一来源情形

本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”的规定，满足单一来源采购条件。

三、拟推荐唯一供应商

【奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 / 其唯一授权代理商：XXX 公司】，为该区域奥林巴斯内镜及超声探头唯一合法授权供货与售后服务单位。

四、结论

综上所述，本次采购的奥林巴斯医用超声小探头具有原厂唯一适配、技术不可替代、临床必需且关系医疗安全等特点，只能从奥林巴斯原厂及其唯一授权供应商处采购。因此，申请采用单一来源方式采购。

特此说明。

申请科室：呼吸与危重症医学科呼吸内镜室