

单一来源论证专家成员签到表

项目名称： 青海省人民医院超声科一线一凸双平面探头采购项目

论证时间： 2026年8月17日

序号	姓名	单位名称	职务/职称	联系电话	备注
1	郭海伟	城西区西关卫安中心	主任	13897085291	
2	郭国贵	西宁市第三人民医院	工程师	18997195213	
3	李品尧	城西区疾病预防控制中心	副主任医师	18997185599	
4					
5					

论证纪律认知承诺书

我作为单一来源采购论证小组成员，参加青海省人民医院超声科一线一凸双平面探头采购项目的单一来源采购论证，相关组织人员按照政府主管部门的要求，已向我宣贯了省财政厅、省监察厅制定的《青海省采购评标委员会（小组）评标制度》中对评审委员会成员提出的评审纪律要求：

一、信守政府采购“公开、公平、公正”的原则，以科学、诚实、客观的态度进行论证活动。

二、论证小组成员有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任论证小组成员。

1. 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
2. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚（行政处分）或刑事处罚的。

三、论证会议设有记录员，将对所有论证小组成员的发言、意见及论证过程作全部记录，论证过程中的一切讨论意见、质疑、回答、论证意见等均视为秘密，任何人不得以任何方式向与论证无关的人员泄露。

四、论证小组在过程中不得擅自离职守，影响程序正常进行。

五、为使论证工作免受外界干扰，论证小组各成员在论证开始后应自觉关闭通讯工具。论证时间在一天以上的，所有参会人员的通讯工具统一由监督组保管。

六、对于违反以上规定的，给予批评；情节严重的，取消担任论证小组成员资格，不得再参与任何依法进行的政府采购招标项目的评标。

七、论证小组成员不得再次参加本项目的评标工作。

八、论证小组成员有权依法取得劳务报酬，自行申报个人所得税。

对此我已充分认知，并将严格遵守。

论证小组成员签字：

韩海峰 郑国贤 李品

2016 年 8 月 17 日

单一来源采购专家论证意见表

时间:2026年8月17日

采购单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院超声科一线一凸双平面探头采购项目
项目金额	15 万元
供应商名称	甘肃瑞智通医疗器械有限公司
专家论证意见	青海省人民医院超声科现有迈瑞 Resona R7 彩超, 为满足临床腔内双平面超声检查及诊疗需要, 需在该设备上配备双平面探头, 该探头专机专用, 原厂唯一适配, 只有迈瑞 ELC13-4U 双平面探头能与该主机适配, 甘肃瑞智通医疗器械有限公司为该探头在青海区域的唯一授权经销商, 具有唯一性, 建议采用单一来源方式完成该项目采购。 专家姓名: 郑国贵 职称: 工程师 工作单位: 西宁市第三人民医院 论证时间: 2026.8.17

单一来源采购专家论证意见表

时间：2026年 8月 17日

采购单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院超声科一线一凸双平面探头采购项目
项目金额	15 万元
供应商名称	甘肃瑞智通医疗器械有限公司
专家论证 意见	贵院拟采购的超声双平面探头，是为贵院现有的迈瑞牌彩超（型号：Re Sonal27）添置的设备。为了完全匹配及兼容，原厂同品牌同型号的产品方能满足要求，甘肃瑞智通医疗器械有限公司是厂家授权唯一代理经销商，因此，建议采用单一来源方式采购。 专家姓名：李忠奎 职称：副主任医师 工作单位：西宁市城西区东大街社区卫生服务中心 论证时间：2026.8.17

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2026年8月17日

采购单位	青海省人民医院
项目名称	青海省人民医院超声科一线一凸双平面探头采购项目
项目金额	15 万元
供应商名称	甘肃瑞智通医疗器械有限公司
专家论证 意见	贵院以上项目中拟采购的一线一凸双平面探头, 是为贵院现有迈瑞彩超设备设计专用配套探头, 因要与原产品品牌进行硬件与软件兼容, 只有原品牌探头才能完成, 目前国内尚无其他品牌探头能与原机兼容, 为保证设备正常使用, 建议具有唯一授权的甘肃瑞智通医疗器械有限公司处以单一来源方式进行采购。 专家姓名: 李海伟 职称: 副主任医师 工作单位: 咸阳市西关社区卫生服务中心 论证时间: 2026.8.17

单一来源采购专家论证意见汇总表

项目使用单位（采购人）	青海省人民医院
单一来源采购产品内容	双平面超声探头
单一来源采购供应商	甘肃瑞智通医疗器械有限公司
所属项目名称	青海省人民医院超声科一线一凸双平面探头采购项目
采购项目金额	15 万元

专家论证意见汇总：

贵院拟采购的双平面超声探头是为医院现证迈瑞彩色多普勒超声诊断仪（型号：Resona R7）机型配置探头。原厂原机型号为 ELC13-4U，为了达到完全匹配及功能兼容，建议采购原厂原品牌的同型号产品。该产品根据厂家授权由甘肃瑞智通医疗器械有限公司代理销售，因此，建议采用单一来源方式采购。

论证专家组成员（签字）：

郑国贤 李忠志 韩石伟
 2026 年 8 月 17 日